



OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

Datum: 6.5.2024

Postopek: EN N 113 2024 - IP/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet naročila:

RFID značke za tekstil

Namenjene so označevanju bolnišničnega perila in delovnih oblačil.

Količina za nabavo: **2.000 kom RFID značk.**

Tehnične zahteve:

- Preizkušnost z MRI testom – primerne za perilo v zdravstvu;
- Vsebnost tovarniško zapisane neponovljive serijske številke;
- Vsebnost lepilnega sloja za neposredno lepljenje na perilo;
- Velikost cca. 70 x 15 x 1,5 mm;
- Odpornost na likanje in pranje v industrijski pralnici - zdržati morajo min. 200 pralnih ciklov (pranje na 90°C, sušenje v sušilnem stroju do 200°C, likanje na likalni liniji do 180°C, sterilizacija 130°C);
- Garancija min. 200 pralnih ciklov oz. 3 leta (kar se pripeti prej);
- Odpornost na kemikalije, ki nastopajo v pralnem procesu;
- MR kompatibilnost (1,5T in 3T);
- Maksimalni tlak: 60 bar;
- Čip: NXP Ucode 8;
- Delovanje na UHF EPC Class1 Gen2, ISO 18000-6C;
- Frekvenca: 860-960 MHz;

Splošne zahteve:

- Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnične dokumente proizvajalca, iz katerih je nedvoumno razvidno izpolnjevanje navedenih tehničnih zahtev in uporabnost v zdravstvu;
- Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati predložitve vzorcev. V tem primeru morajo biti vzorci dostavljeni naročniku v roku dveh delovnih dni od datuma zahteve za predložitve vzorcev.

postopek: IP/MŠ

Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Naročnik se zavezuje, da bo naročeno blago plačal v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Ines Paradižnik, dipl. ekon., tel. št. 03 423 35 34, elektronska pošta: ines.paradiznik@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte: nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_113_RFID značke za tekstil_2024 do najkasneje 10.5.2024 do 12 ure.

Pripravila:

Ines Paradižnik, dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme,
nemedicinskega potrošnega materiala in
storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

Priloga 1

PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi evidenčnega javnega naročila **EN_N_113_2024 za RFID značke za tekstil** oddajamo ponudbo:

Ponudnik:

Zap. št.	Blago (specifikacija v opisu)	Naziv proizv.	Naziv artikla	Količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost v EUR brez DDV	DDV %	DDV	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
1	RFID značke za tekstil			2.000 kosov					

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: IP/MŠ

Priloga 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU PREDPISANIH TEHNIČNIH ZAHTEV

Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

- da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene v tem dokumentu,
- da bomo ponudbi priložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca, iz katere so razvidne lastnosti blaga, ki je predmet ponudbe,
- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno **iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca**, slednje bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Tehnične zahteve naročnika za dobavo RFID značk za tekstil	Naziv oz. vrsta dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih karakteristik	Številka strani dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
1. Preizkušnost z MRI testom – primerne za perilo v zdravstvu.		
2. Vsebnost tovarniško zapisane neponovljive serijske številke.		
3. Vsebnost lepilnega sloja za neposredno lepljenje na perilo.		
4. Velikost cca. 70 x 15 x 1,5 mm.		
5. Odpornost na likanje in pranje v industrijski pralnici – zdržati morajo min.200 pralnih ciklov (pranje na 90°C, sušenje v sušilnem stroju do 200°C, likanje na likalni liniji do 180°C, sterilizacija 130°C).		
6. Garancija min.200 pralnih ciklov oz. 3 leta (kar se pripeti prej).		
7. Odpornost na kemikalije, ki nastopajo v pralnem procesu.		
8. MR kompatibilnost (1,5 T in 3 T).		
9. Maksimalni tlak: 60 bar		
10. Čip: NXP Ucode 8		
11. Delovanje na UHF EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C.		
12. Frekvenca: 860-960 MHz		

Kraj in datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: IP/MŠ