

Datum: 12.12.2025

Postopek: EN N 217 2025 - IP/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet naročila:

DOBAVA MIKROBIOLOŠKIH POU FILTROV ZA PIPE IN TUŠ ROČKE ZA BOLNIŠNIČNO UPORABO

1. Filtri za enkratno uporabo, namenjeni za odstranitev bakterij "legionele" iz vode z namestitvijo na vodovodne pipe (najmanj 92 dnevna uporaba) kot n.pr.



Količina: cca. 400 kosov

Tehnične zahteve:

- Filter mora imeti v kliničnem okolju dokazano učinkovitost pred kontaminanti, ki se prenašajo po vodi, vključno z bakterijami "*Legionella pneumophila*.", "*Pseudomonas aeruginosa*", "*Brevundimonas diminuta*", z dokumentiranimi rezultati.
- Filtrska membrana mora imeti absolutno velikost por $\leq 0,2 \mu\text{m}$, , $\text{LRV} \geq 7$ za bakterije, v skladu z ASTM 838.
- Dvoplastno sterilizacijsko stopenjsko filtriranje z vgrajenim predfiltrom;

Postopek: IP/MŠ

- Primeren za običajno sistemsko termično in kemično dezinfekcijo (kot npr.: termošok do 20 min);
- Filtri z nastavki za preprečevanje izliva vode;
- Ustreznost medicinske naprave potrjena z CE oznakami;
- Filtri morajo biti na voljo v sterilni različici, sterilizirani z gama sterilizacijo. Embalaža mora zagotavljati sterilno bariero do uporabe;
- Označeno s številko lota in serijsko številko za vsak posamezen filter in skladno z veljavnimi predpisi;
- Kompatibilnost membrane s prostim klorom do koncentracije 100 ppm ali perocetna kislina do 250 ppm;
- Bakteriostatik vgrajen v plastično ohišje in onemogočena kontaminacija v obratni smeri (ISO 22196);
- Mikrobiološko validirani proti: "*Brevundimonas diminuta*", "*Pseudomonas spp.*", "*Legionella spp.*", "*Escherichia coli*", "*Stenotrophomonas maltophilia*", "*Non-tuberculous mycobacteria (NTM)*" "*Staphylococcus aureus*", "*Serratia spp.*" in drugim relevantnim patogenom v bolnišničnem okolju – pisno poročilo akreditiranega laboratorija ali certifikat iz preizkušanja. Validacija izvedena po standardih ASTM/NSF, ISO 15714, ISO 17025;
- Skladnost materialov z zahtevami Uredb EU za stik s pitno vodo (DWD – Drinking Water Directive 2020/2184, EU Food Contact Regulation 10/2011/1935/2004) oz. certifikati WRAS, KIWA, ACS, KTW-BWGL+ DVGW W270 ali ekvivalentni evropski standard;
- Filtri morajo imeti najmanj 92-dnevni življenjski cikel. Filter mora ohranjati mikrobiološko učinkovitost in pretok brez blokad skozi ves življenjski cikel;
- Preprosta montaža na pipo. Filter za pipo mora omogočati namestitev vzporedno s pipo, da se omogoči dovolj prostora za normalno umivanje rok in ohranja zračno režo;
- Veljavnost: najmanj 12 mesecev od datuma sterilizacije.

2. Tuš ročka za enkratno uporabo, namenjena za odstranitev bakterij "legionele" iz vode z namestitvijo na prhe, tuš ročka v kompletu (najmanj 92 dnevna uporaba) kot n.pr.:



Količina: cca. 70 kosov

Tehnične zahteve:

- Enake zahteve kot poz. 1.;
- Ergonomska oblika ročaja;
- Preprosta montaža na tuš.

3. Nastavki za filter za vodovodno pipo

Količina: 80 kosov

Splošne zahteve:

- Naročnik bo blago naročal sukcesivno, skladno s potrebami;
- Ponudba naj velja 12 mesecev;
- Dostava v skladišče nabavne službe;
- Ponudnik mora predložiti dokumentacijo, s katero potrjuje ustreznost artikla oz. skladnost s tehničnimi zahtevami;
- Naročnik ima pravico od ponudnika zahtevati predložitev vzorcev. V tem primeru morajo biti vzorci dostavljeni naročniku v roku treh delovnih dni od datuma zahteve za predložitev vzorcev.

Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestili najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Ines Paradižnik

E-pošta: ines.paradiznik@sb-celje.si ; Tel: 03 423 35 34;

Ponudbe poslati na naslov elektronske pošte:

nabava2@sb-celje.si

z oznako: EN_N_217_2025 DOBAVA MIKROBIOLOŠKIH POU FILTROV ZA PIPE IN TUŠ ROČKE ZA BOLNIŠNIČNO UPORABO do najkasneje 19.12.2025 do 12. ure.

Pripravila:
Ines Paradižnik, dipl.ekon.

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme,
nemedicinskega potrošnega materiala in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

Priloge:

Priloga 1: Ponudbeni predračun

Priloga 2: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Priloga 1

PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi evidenčnega javnega naročila EN_N_217_ 2025 za DOBAVO MIKROBIOLOŠKIH POU FILTROV ZA PIPE IN TUŠ ROČKE ZA BOLNIŠNIČNO UPORABO oddajamo ponudbo:

Ponudnik:

Zap. št.	Navedba blaga (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji)	Model	Naziv proizvajalca	Količina	Cena/ enoto v EUR brez DDV	Vrednost v EUR brez DDV	DDV%	DDV	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
1	Filter za odstranitev "legionele" iz vode, za pipo			400 kosov					
2	Tuš ročka s filtrom za odstranitev "legionele" iz vode, za tuš			70 kosov					
3	Nastavek za filter za pipo			80 kosov					
Vrednost skupaj brez DDV: Znesek DDV: Skupaj z DDV:									

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

Postopek: **IP/MŠ**

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____

Naslov: _____

Matična številka: _____

Zakoniti zastopnik ponudnika _____ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »EN_N_217_2025 DOBAVA MIKROBIOLOŠKIH POU FILTROV ZA BOLNIŠNIČNO UPORABO«, naročniku **Splošna bolnišnica Celje** zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Ime in priimek/ Firma pravne osebe	Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe	Delež lastništva ponudnika

2. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

Ime in priimek/ Firma pravne osebe	Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe	Delež lastništva ponudnika

3. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

Firma pravne osebe	Sedež pravne osebe

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:.....

Žig

Podpis odgovorne osebe

Postopek: IP/MŠ